

# 倍硫磷胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB102C01K

## 概要

倍硫磷(Fenthion)属有机磷杀虫剂,对狗和家禽的毒性较大, 对蜜蜂高毒, 无慢性毒性, 对人、畜低毒。对害虫具有触杀和胃毒作用, 对作物具有一定渗透性, 但无内吸传导作用, 杀虫广谱, 作用迅速。

## 检测原理

本产品采用竞争抑制免疫层析原理, 样本中的倍硫磷与胶体金标记的特异性抗体结合, 抑制了抗体与 NC 膜检测线 (T 线)上抗原的结合, 从而导致 T 线颜色深浅的变化; 根据 T 线与质控线 (C 线) 的显色深浅判断结果。

## 适用范围

本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中倍硫磷残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763。

## 检测限

0.05 mg/kg (ppm)

## 试剂盒组成

序号	组成	规格	10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡(内含滴管、干燥剂)	10 卡	20 卡	
(2)	稀释液 (60 mL/瓶)	1 瓶	2 瓶	
(3)	1.5 mL 离心管	10 支	20 支	
(4)	说明书	1 份	1 份	

## 注意事项

- (1) 检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗, 避免交叉污染。
- (2) 样品要求: 避免腐败变质样品; 避免大块泥土 (可以用掉或用其他洁净物品擦除)。
- (3) 检测前建议样品充分搅拌混匀 (若取样少则应取代表性部位, 再进行称样), 这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。
- (4) 检测环境温度应控制在 20~30°C, 温度过高或过低会影响检测结果。
- (5) 请按照检测步骤进行测试, 操作时请勿触摸试纸条显色区, 避免阳光直射和电风扇直吹。
- (6) 待检样品溶液需澄清, 否则容易导致显色不明显等异常现象, 影响实验结果判定。
- (7) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用, 拆封后的检测卡请立即使用。
- (8) 样本处理后请尽快使用, 时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (9) 出现阳性结果时建议复测, 本产品检测结果仅供参考, 如需确证, 请参照国家相关标准方法。
- (10) 加标验证时, 标液溶剂一般选择甲醇, 最终样本加标量建议在 10-50 μL。
- (11) 直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液, 有机溶剂加入量控制在 1%以内, 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

## 安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需妥善保存请, 放在儿童不易接触的地方。
- (3) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (4) 本产品为一次性产品, 检测完毕后应妥善处理, 实验废弃物单独收集, 建议按照医疗废弃物处理。
- (5) 本产品所涉及的试剂安全可靠, 不含致癌性, 剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂, 但不得食用。

## 贮藏条件及有效期

- (1) 原包装: 于 2-30°C避光干燥保存, 勿冷冻, 有效期 12 个月。
- (2) 拆封后: 检测卡拆封后立即使用, 勿冷冻。

# 倍硫磷胶体金快速检测卡操作步骤

## 需自备的工具



天平（精度0.01g）



剪刀



镊子



离心管



移液器（0.2mL、1mL）



涡旋仪



计时器

## 样本前处理步骤


(1) 检测前样品需恢复至室温（20-30°C），取适量样本，剪切为1厘米见方的碎片。



(2) 称取2g样品于15mL离心管或样品杯中，加入5mL稀释液。



(3) 涡旋仪涡动或手动上下振摇2分钟，静置1分钟，得待测液。




## 不同样品的稀释方法及限量值


样本分类	样品名称	样品液(μL)+稀释液(μL)	国标限量 GB2763-2021
蔬菜类	普通白菜、青菜、芹菜、生菜、杭白菜、韭菜、四季豆、芸豆、大白菜、胡萝卜、黄瓜、丝瓜、节瓜、花椰菜、豇豆	无需稀释	0.05 mg/kg
	结球甘蓝	20+780	2 mg/kg
水果类	樱桃	20+780	2 mg/kg

## 样本检测步骤

(1) 从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。




(2) 用移液器或滴管吸取100 μL（约3滴）待测液。




(3) 垂直滴加到检测卡的加样孔中；液体流动时开始计时，8~10分钟进行结果判定，其他时间判定无效。



## 结果判断



阴性



阳性



无效

### 目测：

阴性（未检出）：T线颜色比C线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T线颜色比C线浅或者T不显色；

无效：C线不显色且无论T线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。